

Műszaki leírás
„1 db fogorvosi szék (fogászati kezelőegység) beszerzése
az oroszlányi egészségügyi alapellátáshoz” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz

Darab	Megnevezés	Típus
1	<p>Pantografikus orvosi asztal mechanikus fékkel.</p> <p>Elfordítható nővér asztal, LCD kijelzős vezérlő panel, negatoszkóppal-jobboldali, befordítható köpőtál,4-ös orv. asztal, felső karos, ejektoros nyálszívó, pohár töltés, köp. öblítés és szék vezérlése asiszt. oldalon, kétfunkciós lábkapcsoló, energiablokk-víz szűrővel, bojler nélkül! Lámpa kapcsolás orvosi és asszisztens asztalon, 3N-kézid. pneum. vezérlése. Mechanikus víz szabályzás-az összes kézi darabnak 1 szeleppel, Mikromotor lassító elektronika, SK 1,01 Kezelőszék: baloldali karfa, biztonsági érzékelők, színes kárpitozás, széles háttámla, 1 db Lámpakar+oszlop+pantograf lámpakar-színes burkolatok nélkül, 1 db 6-os orvosi asztal 5-kézidarab mechanikus vízszabályozással 1 szeleppel, 1 db melegvizes bojler, pneumatikus fék asztalkarfához (csak elektromos víz szabályzással), 1 db Tray orvosi asztal szilikon tálcával-fix karral, 1 db rozsdamentes tálca (1 db tálca tartóra), 1 db Faro Maia LED, 1 db kopótábló MSBV-vizes elszívás (2x kivezető szelep, 1 db 4. kézidarabos nővér asztal (fix pantografikus nővér asztalhoz), 1 db nővéroldali puszter Chirana 3F, 1 db nővér oldali polimert lámpa woodpecker, 1 db desztvíz-hálózati víz átkapcsoló szelep, 1 db desztvizes és dezinfikáció rendszer-beépített, 1 DB Tray asztal felső karos műszerasztal alá, 2x szilikon tálcával, 1 db rozsdamentes tálca (1 db tálca tartóra), FCR 1-7 folyamatos vezérlésű lábkapcsoló (MF, forgatható, gombok nélkül), 6 db felső kar, 1 db Chirana 3 F puszter-hajlított vagy egyenes, 1 db mikromotor tömlő CH660, CH660L, CH660LED, 2 db mikromotor tömlő CH 660 B „Less” LED, 2 db fényes turbina tömlő, 1 db Woodpecker depulátor endo funkcióval-fényes(EMS kompatibilis, 1 db kauter-kézi akkumulátoros (10 db hegygel).</p> <p>Kézidarabok</p> <p>1 db 110D egyenes darab, 1 db 120 LB (1:1) fényes könyök darab, 2 db NSK (1:5) fényes könyök darab, 1 db Chirana CH 660LED mikromotor, 2 db Chirana CH 660 B „less” LED mikromotor, 1 db WH turbina.</p> <p>1 db Puha ülőke kárpit védő</p> <p>1 db EKOM DK 50 plus kompresszor</p>	Chirana Cheese Effective